MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-557	PS/TS/99095

PRODUCTO
Videoprocesador Evis X1 Olympus CV-1500. Referencia N6011250

FINALIDAD PREVISTA
Procesar las señales electrónicas transmitidas desde los videoendoscopios Olympus, dar salida a las imágenes en los monitores, proporcionar iluminación al endoscopio, suministrar aire a través del endoscopio mientras se encuentra dentro del cuerpo y controlar/monitorizar los equipos auxiliares.

FABRICANTE
Olympus Medical Systems Corporation, Japón

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia, S.A.U. Pl. Europa, 29-31 08908 L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el videoprocesador Evis X1 Olympus CV-1500, debido a que el panel táctil se podría activar de forma involuntaria si no se utiliza la función de bloqueo del panel táctil, y se siguen otras medidas indicadas en las Instrucciones de Uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/11/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A 6 4 L A 8 Z 2 9 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89