DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-562	PS/AVG/100149

PRODUCTO
Sistemas de resonancia magnética Panorama 1.0T HFO. Números de modelo: 781250 y 781350.

FABRICANTE
Philips Healthcare, Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y cese de utilización de los sistemas de resonancia magnética Panorama 1.0T HFO debido a la posibilidad de que la integridad estructural de los componentes del sistema falle por una acumulación excesiva e involuntaria de presión de gas de helio durante un *quench* del imán.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 01/12/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K E Z P Q 3 A 4 8 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89