MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-559	PS/EML/100201

PRODUCTO
Kit para biopsia con aguja gruesa Bard® Mission.
Ver códigos de producto afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Obtención de biopsias de tejidos blandos como el pulmón, el hígado, el bazo, el riñón, la próstata, los ganglios linfáticos, la mama, la glándula tiroidea y diversos tumores de tejido blandos.

Nº LOTE
Ver lotes afectados en el Listado de lotes o en la herramienta en línea facilitada por la empresa: www.bd.com/PI-23-4912

FABRICANTE
Bard Peripheral Vascular, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson SA, Camino de Valdeoliva, s/n, 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de determinadas referencias y lotes de kits desechables para biopsia con aguja gruesa Bard Mission, debido a que el diámetro interno de la cánula coaxial podría no encajar correctamente con la aguja de biopsia, impidiendo el acceso al tejido a biopsiar.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa
- Listado de lotes afectados

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 01/12/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E X V L Y R 4 D 5 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89