MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-569	PS/MTM/100343

PRODUCTO
Programador ZOOM™ modelo 3120 con software modelo 2892.

FABRICANTE
Cardiac Pacemaker Inc., Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Boston Scientific Ibérica, S.A. C/ Ribera del Loira, 46, 28042, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el programador ZOOM™ modelo 3120, con software modelo 2892, debido a que a partir del 10 de enero de 2024 el parámetro reloj utilizado mostrará incorrectamente ciertas fechas de diagnóstico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/12/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q P E F X P W 7 B 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89