MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-571	PS/MAM/99932

PRODUCTO

- Procesador de tejidos HistoCore Pegasus, números de serie: G0061- G0701
- Procesador de tejidos HistoCore Pegasus Plus, números de serie: P0061 -P0211

FINALIDAD PREVISTA

Fijar, deshidratar, infiltrar con intermedio e infiltrar con parafina muestras de tejido humano usadas para diagnóstico médico histológico por un patólogo.

FABRICANTE

Leica Biosystems Nussloch GmbH. Alemania.

DISTRIBUIDOR

Leica Biosystems. Plaça d'Europa, 41-43, 4ª Planta. 08908, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie de los procesadores de tejidos HistoCore Pegasus e HistoCore Pegasus Plus debido a la posibilidad de que las muestras de tejido se procesen mal o se dañen como resultado de la asignación incorrecta del valor de arrastre.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/12/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R A 2 Y C G L A 6 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89