

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-589	PS/PRV/99781
PRODUCTO	
Sensor Guardian™ 4 Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA	
Componente del sistema de monitorización continua de glucosa Guardian™ 4, destinada a la monitorización continua de los niveles de glucosa presentes en el líquido intersticial bajo la piel en personas con diabetes mellitus.	
LOTES	
Ver lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE	
Medtronic MiniMed, EEUU.	
DISTRIBUIDOR	
Medtronic Ibérica S.A., Calle María de Portugal 11, 28050. Madrid.	
ASUNTO	
Cese de utilización de determinadas referencias y números de lote de los sensores Guardian™ 4 debido a un posible error de precisión en la monitorización de glucosa.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa para profesionales sanitarios • Nota de aviso empresa para pacientes • Nota informativa PS, 51/2023 	

