

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-588	PS/AVG/100652
PRODUCTO Lavadora desinfectadora de endoscopios ETD Premium: - Modelo PAA (Peracetic Acid). Nº catálogo: WD00304A. - Modelo GA (Glutaraldehyde). Nº catálogo: WD00305A.	
Nº SERIE Ver nº ^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Miele & Cie. KG, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Olympus Iberia S.A.U. Pl. Europa, 10 2ª planta, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con las lavadoras desinfectadoras de endoscopios Olympus ETD Premium, debido a la posibilidad de que la limpieza y desinfección de los canales internos de los endoscopios no se realice correctamente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa.	

