

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-593	<b>REFERENCIA</b> PS/MTM/100559
<b>PRODUCTO</b> Implantes dentales MultiNeO NH (NINA) Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa	
<b>Nº LOTE</b> Ver nº <sup>os</sup> de lote afectados en el Anexo 1 de la nota de aviso de la empresa	
<b>FABRICANTE</b> Alpha Bio Tec, Israel.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Medical 10 S.L. Camino de San Rafael, 119-121, 29006 Málaga.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados implantes dentales MultiNeo NH (NINA), debido a que se empaquetaron con una cubierta de cartón gris en lugar de azul.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	

