DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-598	PS/PL/100637

PRODUCTO
Spectral CT 7500, código de producto: 728333 y 728340.
Identificador de dispositivo 00884838101111 y 00884838111103.

FINALIDAD PREVISTA
Escáner de tomografía computarizada basado en detector espectral.

VERSION SOFTWARE
5.0.0.X.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland B.V., Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica SAU, C/ María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Spectral CT 7500, debido a varios problemas de software que podrían dar lugar diagnósticos erróneos, o repeticiones de las exploraciones de TC, y también provocar olor a quemado y humo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 20/12/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q Z Y F 6 Y Q B A 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89