DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-611	PS/PRV/101177

PRODUCTOS

- Suturas de nylon trenzada Surgilon™
- Suturas de seda trenzada Sofsilk™

Ver productos y lotes afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Covidien llc. EEUU.

DISTRIBUIDOR

Medtronic Ibérica. Plaça de la Pau s/n Almeda Park, World Trade Center Edificio 7 3ª planta. 08940. Cornellà de Llobregat. Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas suturas de nylon trenzadas Surgilon™ y de seda trenzada Sofsilk™, debido a que se esterilizaron con un exceso de dosis de radiación gamma que podría afectar a su resistencia a la tracción a lo largo de su vida útil.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 27/12/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B 4 Z D X J B 6 9 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89