MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-002	PS/AVG/101068

PRODUCTO
Secufill [TM]. Ver referencias afectadas en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Línea de paciente antirreflujo para las exploraciones por Resonancia magnética y TAC.

Nº LOTE
Ver n[os] de lote afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
MEDEX, Francia.

DISTRIBUIDOR
Laboratorios Farmacéuticos Guerbet, S.A. Pº de la Castellana, 91, 3ª planta 28046, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de la línea antirreflujo Secufill, debido a la posibilidad de formación de partículas salientes procedentes del tapón exterior, con el riesgo de posterior inyección intravascular.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/01/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S T 6 T 3 G K 8 2 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89