MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-011	PS/AVG/100812

PRODUCTO
Sistema Azurion 7 M20 FlexArm con mesa Maquet Magnus. Códigos de producto: 722224 y 722079.

FINALIDAD PREVISTA
Guía mediante imágenes en procedimientos quirúrgicos vasculares, no vasculares, cardiovasculares y neurológicos. También en aplicaciones de imágenes cardíacas.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa.

VERSION SOFTWARE
05.02.12 (de la mesa).

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A. Calle Maria de Portugal, 1 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Azurion 7 M20 FlexArm con mesa Maquet Magnus, debido a posibles fallos de comunicación entre el sistema FlexArm y la mesa que pueden interrumpir temporalmente los movimientos motorizados en la mesa y/o el sistema FlexArm.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/01/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X 2 A E 3 L N E D 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89