DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-014	PS/MAM/101077

PRODUCTO

Sistemas gammacámara:

- BrightView. Código de producto: 882480
- BrightView X. Código de producto: 882478
- BrightView XCT. Código de producto: 882482

Ver números de modelo afectados en la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA

Genera imágenes de atenuación corregida o sin corregir de la distribución de radiofármacos por el cuerpo.

FABRICANTE

Philips Medical Systems Nederland B.V. Países Bajos.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica SAU. Calle María de Portugal, 1. 28050, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con los Sistemas gammacámara BrightView, BrightView X y BrightView XCT, debido a la posibilidad de que el detector se caiga de forma inesperada debido a un fallo de un componente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/01/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: G P 4 9 V K T 9 A 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89