MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-032	PS/EML/101069

PRODUCTO

Código del producto	**Modelo de producto**	**Versión de software**	**Identificador de dispositivo**
728333	Spectral CT 7500	5.0	(01)00884838101111(21)
728334	Spectral CT on Rails	5.1.0.X	(01)00884838103627(21)
728340	Spectral CT 7500 China	5.0	No aplicable

FINALIDAD PREVISTA
Escáner de tomografía computarizada basado en detector espectral.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland B.V., Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica SAU, C/ María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Spectral CT debido a la posibilidad de que se etiqueten incorrectamente todas las imágenes capturadas como “Last Shot”.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/01/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z 2 R B 7 S N B 0 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89