DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-034	PS/RJC/100644 - PS/RJC/100648

PRODUCTOS

- Patient Information Center (PIC) iX. Número Modelo: 866389
- Expansión de PIC iX. Número Modelo: 866390
- Hardware de PIC iX. Número Modelo: 866424
- CareEvent. Número Modelo: 866435
- Actualización CareEvent. Número Modelo: 866436

FINALIDAD PREVISTA

Herramientas para los profesionales sanitarios destinadas a proporcionar alarmas complementarias del paciente, técnicas y de llamada al personal de enfermería, así como mensajes de información del sistema (sucesos).

VERSIÓN SOFTWARE

4.X (PIC iX) y C.03.X (para CareEvent).

FABRICANTE

- Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Alemania.
- Philips Medical Systems, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A.U. María de Portugal 1, 28050 Madrid, España.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con las herramientas de notificación de sucesos PIC iX y CareEvent, debido a que, en determinadas circunstancias, podrían no enviarse las notificaciones en segundo plano de la aplicación Care Assist.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/01/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D 4 Q 7 T G 7 C B B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89