MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-035	PS/PRV/101600

PRODUCTO
HRIS ACET CUP CUT TIP 26X140, referencia 6210-5-100
HRIS ACET CUP CUT TIP 32X140, referencia 6210-5-200
Ver nºˢ de referencia afectados en el anexo de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Osteotomos acetabulares

Nº LOTE
Ver nºˢ de lote afectados en el anexo de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Stryker Joint Replacement, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia S.L., C/ Sepúlveda 17, Alcobendas, 28108 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los osteotomos acetabulares HRIS, debido a que la integridad del envase estéril puede verse comprometida durante el transporte.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/01/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C W 3 G F C L A 5 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89