MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-038	PS/AVG/101862

PRODUCTO

Lavadora desinfectadora de endoscopios ETD Premium:

- Modelo PAA (Peracetic Acid). Nº catálogo: WD00304A.
- Modelo GA (Glutaraldehyde). Nº catálogo: WD00305A.

Nº SERIE

Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Miele & Cie. KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Olympus Iberia S.A.U. Pl. Europa, 10 2ª planta, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con las lavadoras desinfectadoras de endoscopios ETD Premium, debido a la posible acumulación de humedad en la unidad de secado y posible paso a la cámara de enjuague, por un componente defectuoso en la válvula de cierre de la unidad de secado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/01/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N V Q 7 3 3 X C C 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89