MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-046	PS/AVG/101854

PRODUCTO
Sistemas de resonancia magnética de Philips con tubo de 60 cm de ancho. Ver modelos y números de referencia en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Healthcare, Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U., C. de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de resonancia magnética de Philips debido a un posible fallo del adhesivo del sello de la bobina de cuerpo en cuadratura que puede provocar la exposición de bordes afilados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/01/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R R 4 Z 6 R 8 6 4 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89