DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-050	PS/NA/99226

PRODUCTO

FIBROBRONCOSCOPIO y VIDEOBRONCOSCOPIO Olympus de la serie BF compatibles con los equipos de terapia de alta frecuencia.
Ver números de modelo afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Diagnóstico y tratamiento endoscópico en el árbol traqueobronquial, en las vías respiratorias.

FABRICANTE

Olympus Medical Systems Corporation., Japón.

DISTRIBUIDOR

Olympus Iberia. Plaza Europa 10, 08902, L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados fibrobroncoscopios y videobroncoscopios de Olympus de la serie BF, debido a un posible riesgo de combustión endobronquial si la cauterización de alta frecuencia se realiza mientras se suministra oxígeno y/o la sección de electrodos del accesorio electroquirúrgico está demasiado cerca del extremo distal del endoscopio.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 26/01/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J Z X 6 X X X 5 8 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89