MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-058	PS/PRV/100640

PRODUCTO
Sistemas gammacámara BrightView, BrightView X y BrightView XCT.
Ver números de modelos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Genera imágenes de atenuación corregida o sin corregir de la distribución de radiofármacos por el cuerpo.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland B.V. Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica SAU. Calle María de Portugal, 1. 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas gammacámara BrightView, BrightView X y BrightView XCT, debido a la posibilidad de atrapamiento de las extremidades del paciente al usar un movimiento preprogramado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/01/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W G S Y W 3 V A B A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89