DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-053	PS/RJC/101871

PRODUCTO
AMICA-GEN (ver los códigos del dispositivo y el UDI-DI en la nota de aviso de la empresa)

FINALIDAD PREVISTA
Ablación térmica (coagulación) de tejidos blandos.

FABRICANTE
H.S. Hospital Service S.p.A., Italia

DISTRIBUIDOR
Cirugía Ortopedia Y Medicina Medcor SL, Avda.Innovation, S/N Edificio Renta, 41020, Sevilla, España

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema AMICA-GEN para recordar que el generador debe apagarse antes de retirar el aplicador del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/01/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 G E C Q X E C 1 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89