

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADOS DE MARCADO CE FALSOS**

Nº DE ALERTA: 2024-060	REFERENCIA PS/VCG/NM/6502		
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none">• Compresores de aire medicinal sin aceite.• Sistemas de succión dental.			
FABRICANTE Suzhou Junwei Medical Equipment Co., Ltd, Hall 91 No_116, Wutaishan Road Suzhou Italy Industrial Park Suzhou Science & Technology Town Suzhou National Hi-Tech District, Suzhou, China.			
ASUNTO Detección en el mercado europeo de dos certificados de marcado CE falsos			
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos de los certificados CE falsos: <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123),• Fabricante: Suzhou Junwei Medical Equipment Co., Ltd			
Número de certificado falsificado	Productos /Modelos	Fecha de emisión	Fecha de caducidad
0123/ G2 1804 82113 008	Sistemas de succión dental	25-05-2023	24-05-2025
0123/Q8 082551 0003 Rev. 01	Compresores de aire medicinal sin aceite y sistemas de succión dental	25-04-2022	24-05-2025
El Organismo Notificado TÜV SÜD Product Service GmbH ha confirmado que no ha emitido dichos certificados para el fabricante Suzhou Junwei Medical Equipment Co, Ltd. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.			
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">• Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 05/2024• Certificados de marcado CE falsos.			