MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-064	PS/EML/102227

PRODUCTO
Kit de reactivos Alinity i HBsAg, número de referencia: 07P8952 y UDI (01)00380740138219 (17)240630

FINALIDAD PREVISTA
Para la determinación cuantitativa del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg)

Nº LOTE
51441FN00

FABRICANTE
Abbott Ireland Diagnostics Division, Irlanda

DISTRIBUIDOR
Abbott Diagnostic European, Alemania.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 51503FN00 del kit Alinity i HBsAg Reagent debido a que los cartuchos de reactivo tienen un volumen reducido en el frasco de micropartículas generando códigos de mensaje de error de aspiración.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 01/02/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: G E Q 7 R 4 4 7 D C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89