MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-068	PS/MTM/100295

PRODUCTO
Ventiladores Trilogy Evo y Trilogy Evo O_2

FINALIDAD PREVISTA
Ventilación continua o intermitente con presión positiva para el cuidado de personas que requieren ventilación mecánica.

FABRICANTE
Philips Respironics, Inc., Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U. C/ María de Portugal, 1. 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los ventiladores Trilogy Evo y Trilogy Evo O_2, debido a que el apartado de contraindicaciones de uso de las instrucciones de uso está incompleto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa para centros
- Nota de aviso empresa para distribuidores
- Anexo al Manual

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/02/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A N 6 8 A B N 2 7 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89