DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-071	PS/PL/102239

PRODUCTO
Sistema de monitorización y drenaje externo Duet®, número de modelos: 46913, 46914, 46915, 46916 y 46917.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema externo de drenaje y monitorización del líquido cefalorraquídeo (LCR) y monitorización de la presión intracraneal.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en el Anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Medtronic Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica, C/Maria de Portugal 11, 28050 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados sistemas de monitorización y drenaje externo Duet®, debido a la posibilidad de que el catéter se desconecte.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/02/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J 2 L 9 C T 2 9 2 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89