MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-073	PS/AVG/101482

PRODUCTO
Allura Xper, Allura Centron y Azurion.
Ver números de modelo afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A.U. Calle Maria de Portugal, 1, 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Allura Xper, Allura Centron y Azurion, debido a la posible pérdida de la funcionalidad de adquisición de imágenes por fallos en determinados componentes de PC de estos sistemas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 06/02/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K F 9 3 B 9 6 8 B 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89