

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-070	PS/NA/102345
PRODUCTO Ultreon™ 2.0 Software Upgrade Kit (vF.2). Referencia: 1015310; utilizado en los sistemas OPTIS™ Mobile Next y OPTIS™ Integrated Next. (Ver los sistemas OPTIS afectados en la nota de aviso de la empresa.)	
FINALIDAD PREVISTA Software para la medida, cálculo, y visualización de varios parámetros en la evaluación de las arterias coronarias.	
VERSIÓN SOFTWARE F.2.	
Nº LOTE 9173734	
FABRICANTE Abbott Medical, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Abbott Medical España S.A. Avenida de Burgos 91, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con el lote 9173734 del software Ultreon™ 2.0 Software Upgrade Kit (vF.2), referencia 1015310, utilizado en los sistemas OPTIS™ Mobile Next y OPTIS™ Integrated Next Imaging Systems, debido a un error de traducción en la pantalla final de los pasos de "Config." para la interfaz del usuario en español.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa.	

