MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-76	PS/MJF/102053

PRODUCTO
Sistema de rayos X digital móvil FUJIFILM FDR Nano, modelo DR-XD 1000.

FINALIDAD PREVISTA
Equipo de radiografía que proporciona datos de imagen del cuerpo humano para el diagnóstico mediante la utilización del efecto ionizante de los rayos X permeados a través del cuerpo humano.

FABRICANTE
FUJIFILM Corporation, Japón

DISTRIBUIDOR
Fujifilm Europe GmbH, Sucursal en España; C/ Aragón 180. 08011, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema de rayos X FUJIFILM FDR Nano, modelo DR-XD 1000, debido a que, en determinadas circunstancias, podría producirse una sobreexposición en pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/02/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 3 2 2 K 5 S 3 4 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89