MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-077	PS/RJC/101856

PRODUCTO

- AGUJA DE REDÓN SEMICURVA CH-10. UDI-DI: 8428097028806. Referencia: 0030027
- AGUJA DE REDÓN SEMICURVA CH-12. UDI-DI: 8428097028905. Referencia: 0030037

FINALIDAD PREVISTA

Perforar la piel del paciente para permitir la colocación de una sonda de drenaje en la zona de la herida quirúrgica.

Nº LOTE

375925 (referencia 0030027) y 375904 (referencia 0030037).

FABRICANTE

IBERHOSPITEX, S.A., España.

DISTRIBUIDOR

IBERHOSPITEX, S.A., Avenida Catalunya 4, 08185, Lliçà de Vall, Barcelona, España.

ASUNTO

Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes de las agujas redón semicurvas CH-10 y CH-12, debido a que tienen dimensiones diferentes a las especificadas en el etiquetado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/02/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: P 6 N 5 7 9 5 9 6 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89