MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-078	PS/MAM/102354

PRODUCTO
Dispositivo de inflado desechable Everest 30. Referencia: AC3200
UDI-DI: 00763000338190

FINALIDAD PREVISTA
Inflar/desinflar catéteres de balón y para vigilar la presión dentro del balón.

Nº LOTE
60435173 y 60435174

FABRICANTE
Medtronic Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica. C/ Maria de Portugal 11. 28050, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de los lotes 60435173 y 60435174 del dispositivo de inflado desechable Everest 30, debido a la posibilidad de desprendimiento de la tapa del mango.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/02/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S Q L N X X P 0 0 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89