MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-079	PS/AVG/102107

PRODUCTO

- Tornillo estéril de compresión 6.5-C I.B.S. ® - 6,5 mm de diámetro y 75 mm de longitud. Número de pieza: S65 ST175. UDI-DI: 3760225710685. Número de lote: 2306007.
- Tornillo estéril de compresión 6.5-C I.B.S. ® - 6,5 mm de diámetro y 80 mm de longitud. Número de pieza: S65 ST180. UDI-DI: 3760225710692. Número de lote: 2306008.

FINALIDAD PREVISTA

Destinados a la fijación de artrodesis, osteotomías o fracturas de huesos largos de los miembros superiores e inferiores, así como a las osteosíntesis que requieren una compresión mono o bicortical.

FABRICANTE

In2Bones SAS, Francia.

DISTRIBUIDOR

CONMED Iberia, S.L. Gran Vía Carles III, nº 124, 3º 2ª 08034, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y retirada del mercado de los lotes 2306007 y 2306008 de los tornillos estériles de compresión I.B.S. de 6,5 mm de diámetro y, de 75 mm y 80 mm de longitud, debido a que pueden tener longitudes diferentes a las indicadas en su etiquetado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/02/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B W Z 2 6 X Y 3 C 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89