DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-090	PS/RJC/102506

PRODUCTO

Vaina guía CEREBASE DA:

- Número de pieza: GS9070SD
- Número de pieza: GS9080SD
- Número de pieza: GS9090SD
- Número de pieza: GS9095SD

FINALIDAD PREVISTA

Indicada para la introducción de instrumental quirúrgico en la vasculatura nerviosa.

Nº LOTE

Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Medos International SARL, Suiza.

DISTRIBUIDOR

- Johnson & Johnson, S.A. Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid, España
- Angel Conde S.L., Avenida de Canarias, 20. Trasera Edif. Hukana. 35002 Las Palmas de Gran Canaria, España.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de las vainas guía CEREBASE DA, debido a la posibilidad de que se produzcan fracturas en el extremo distal, lo que podría provocar un retraso en el procedimiento quirúrgico, lesiones vasculares o embolia.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/02/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 8 W V X T 4 5 1 D 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89