DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-088	PS/PRV/102507

PRODUCTO
Kit Microintroductor coaxial MINI STICK MAX.
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Utilizado para la inserción percutánea de una guía en el sistema vascular.

FABRICANTE
AngioDynamics, Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR
Cardiva2, S.L., Polígono la Cruz/Pabellón Parcela P-5-2, Vizcaya, Lezama 48196 Bizkaia, España.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y números de lote de los kits Microintroductores Coaxiales MINI STICK MAX, debido a que contienen un componente defectuoso que podría impedir que la guía pase por el puerto de introducción durante una intervención quirúrgica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/02/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q P 3 6 F D V 2 9 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89