MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2024-093 | PS/AVG/102881 |

**PRODUCTO**

- Kits y conjuntos de cateterismo de la arteria radial Arrow® QuickFlash®.
- Kit de cateterismo de la arteria/línea arterial radial Arrow® QuickFlash®.

Ver códigos de producto y UDIs afectados en la nota de aviso de la empresa.

**Nº LOTE**

Ver n$^{os}$ de lote afectados en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

**FABRICANTE**

Arrow International LLC, EEUU.

**DISTRIBUIDOR**

Teleflex Medical. C/Quito, s/n Nave 1-5 Pol.Ind.Camporroso, 28806, Alcalá de Henares, Madrid.

**ASUNTO**

Retirada del mercado de determinados lotes de los kits y conjuntos de cateterismo radial Arrow® QuickFlash® debido a que un componente defectuoso podría causar resistencia del mango/cámara de la guía durante el uso.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 20/02/2024**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: Z 4 S 6 B E W 9 B 9**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89