DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-095	PS/EML/102601

PRODUCTO
IonoStar Plus. Referencias: 2540, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2549

FINALIDAD PREVISTA
Cemento ionómero de vidrio utilizado en la restauración de dientes

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
VOCO GmbH, Alemania

DISTRIBUIDORES

- VOCO GmbH, Anton-Flettner-Straße 1-3, 27472 Cuxhaven, Alemania.
- Compañia Dental de Venta Directa, c/ Murcia no. 35 A-B, 08830 Barcelona.
- Estevez Dental S.L., Ronda de Sancti-Spiritus 9, bajo, 37001 Salamanca.
- Henry Schein Espana S.L., c/Avd. de la Albufera no.153-7°, 28038 Madrid
- Internacional Ventur S.A., c/ Luxemburgo,75-Ciudad del Transporte, 12006 Castellón

ASUNTO
Retirada del mercado y advertencias de seguridad de determinados lotes del cemento dental Ionostar Plus debido a que es posible que se haya incorporado en algunas cápsulas un pistón de líquido erróneo, dando lugar a un proceso de polimerización más lento e incompleto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 20/02/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 A K F 7 Q J 4 C A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89