MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-099	PS/AVG/102420

PRODUCTO

Incubadoras Care Plus, Care Plus® (números de modelo: 1000, 2000, 3000 y 4000), Lullaby, Lullaby TR y Lullaby XP.
Ver referencias de producto afectado en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTES

- Ohmeda Medical a division of Datex-Ohmeda, EEUU.
- GE KLINIK SISTEMLER TICARET A.S., Turquía.
- Datex-Ohmeda Inc, EEUU.
- Wipro GE Healthcare Private Ltd, India.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España S.A. Calle Gobelas, 35 - 37, 28023, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con las incubadoras Care Plus, Care Plus®, Lullaby, Lullaby TR y Lullaby XP, debido a que, aunque los paneles y las puertas de ventanilla podrían parecer cerradas correctamente, podrían no estar trabadas debidamente, con riesgo de caída para los pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/02/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 3 S 9 R Z L 3 F E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89