MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-104	PS/RJC/103273

PRODUCTO
Filtros/HME TwinStar® 55 Plus. Referencia MP05805. UDI-DI: 04048675665847.

FINALIDAD PREVISTA
Filtro de circuito respiratorio para uso anestésico y respiratorio, así como intercambiador de calor y humedad para humidificar los gases respirados por el paciente.

Nº LOTE
1010682386

FABRICANTE
Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Dräger Hispania, SAU, C/ Xaudaró, 5, 28034, Madrid, España.

ASUNTO
Cese de utilización o retirada del mercado del lote 1010682386 de los filtros/HME TwinStar® 55 Plus debido a la posibilidad de que las bolsas incluyan un producto diferente al especificado en el etiquetado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 26/02/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T E N T K E R 4 7 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89