MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-108	PS/PL/102707

PRODUCTO
Epix® Universal Clip Applier CA500. UDI: (01)00607915125318 y Kits que lo contienen.
Ver modelos y nº de lote de los kits que contienen el producto afectado en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
El aplicador de clips laparoscópico desechable está indicado para la ligadura de vasos o estructuras tubulares en procedimientos quirúrgicos generales o laparoscópicos.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Applied Medical Resources Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Applied Medical España, S.L., Avda. de Europa, 19, 28108 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes CA500 Epix® Universal Clip Appliers y de los kits que lo contienen, debido a la posibilidad de que algún clip no se cargue correctamente en las mandíbulas del aplicador después de que se accione el gatillo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/02/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 9 7 8 V R B 6 1 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89