ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

 № DE ALERTA:
 REFERENCIA

 2024-110
 PS/MAM/103378

PRODUCTO

Botellas para AIRFLOW Prophylaxis Master o AIRFLOW One:

• WATER. Referencia: EG-121.

NIGHT CLEANER. Referencia: EG-120

• PIEZON. Referencia: EG-111

FINALIDAD PREVISTA

Asegura la descontaminación y previene la formación de una biopelícula en las líneas de agua de todas las unidades EMS AIRFLOW. Elimina y protege de algas y depósitos de calcio, tras periodos largos de inactividad o el calentamiento de agua del proceso.

№ LOTE

Ver en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Suiza.

DISTRIBUIDOR

E M S Electro Medical Systems España SL. C/Tomás Bretón 50-52 2ª planta.28045, Madrid.

ASUNTO

Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas botellas WATER, NIGHT CLEANER y PIEZON para AIRFLOW Prophylaxis Master y AIRFLOW One, debido a que podrían tener fugas o romperse.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

Fecha de la firma: 04/03/2024

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS://localizador.aemps.es

