MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-125	PS/JMP/103638

PRODUCTO
Sistema de anestesia Perseus A500. Referencia: MK06000
UDI-DI: 04048675253600

FABRICANTE
Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania

DISTRIBUIDOR
Dräger Hispania, SAU. Calle Xaudaró 5, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de anestesia Perseus A500, debido al posible apagado durante su utilización por fallos de la batería interna.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/03/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: P Z 4 A J W Y 3 6 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89