DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-127	PS/EML/103824
PRODUCTO Disposable Biopsy Needle Kit. Referencia: 911933	
FINALIDAD PREVISTA Agujas para la realización de biopsias intracraneales mediante los sistemas Leksell Stereotactic System y Leksell Vantage Stereotactic System.	
Nº LOTE 837838839	
FABRICANTE ELEKTA INSTRUMENT AB, Suecia.	
DISTRIBUIDOR ELEKTA MEDICAL, Calle Manuel Tovar 43, 28034 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 837838839 del kit de agujas Disposable Biopsy Needle debido a que en el interior de la aguja de biopsia puede haber restos microscópicos de acero inoxidable.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/03/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 3 P N 6 N W 5 6 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89