DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-130	PS/MJF/103899

PRODUCTO

Sistemas de resonancia magnética (RM) Vantage:

- Orian. Modelo MRT-1550.
- Fortian. Modelo MRT-1550.
- Elan. Modelo MRT-2020.
- Titan. Modelo: MRT-1504 y MRT-2004.

FABRICANTE

Canon Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR

Canon Medical Systems S.A., Camino de la Zarzuela 19, 3º Planta. 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de RM Vantage, debido a que algunos de los valores máximos de gradiente de campo espacial (SFG) que aparecen en la ventana de operación y en el manual de seguridad, son inferiores a los valores correctos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 12/03/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 5 Z W V C A 5 5 4 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89