

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-129	PS/RJC/103625
PRODUCTO Test NADAL® TPHA Haemagglutination. Referencia 795027.	
FINALIDAD PREVISTA Ensayo de hemaglutinación indirecta para la detección cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos específicos contra <i>Treponema pallidum</i> en muestras de suero humano.	
Nº LOTE 618	
FABRICANTE nal von minden GmbH, Alemania	
DISTRIBUIDOR AKRALAB S.L., Pol. Ind. Las Atalayas. Av de la Antigua Peseta, 77, 03114 Alicante.	
ASUNTO Cese de utilización del lote 618 del Test NADAL® TPHA Haemagglutination debido a un error de etiquetado en las células de test (TC) incluidas en el kit.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

