DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-131	PS/AVG/103739

PRODUCTO

- Trócar con balón. Número de modelo: OMS-T10SB.
- Trócar de punta roma. Números de modelo: OMS-T10BTNL, OMS-T10BTSNL, OMS-T12BTNL, OMS-T10BT, OMS-T12BT, OMS-T10BTS.

FABRICANTE

Covidien LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Medtronic Ibérica. C. de María de Portugal, 11, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso relacionadas con los trócares con balón y de punta roma de Covidien AutoSuture, debido a que, en determinadas circunstancias, se podría dañar la estructura de sellado del trócar al introducir mallas quirúrgicas para hernia.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 12/03/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A D L D 8 V 3 7 C 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89