MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-134	PS/RJC/103794

PRODUCTO
Sistema de stent venoso autoexpandible Abre. Referencia AB9G14100090.

FINALIDAD PREVISTA
Indicado para utilizarse en las venas iliofemorales para el tratamiento de la obstrucción sintomática del flujo venoso.

Nº LOTE
B460542

FABRICANTE
Medtronic Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica. C/ Maria de Portugal 11. 28050, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote B460542 del sistema de stent venoso autoexpandible Abre debido a la posibilidad de que presente un defecto en el embalaje que podría comprometer la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/03/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L 2 6 D S L N E 4 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89