DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-136	PS/PF/104028

PRODUCTO
Analizador de inmunoensayo DxI 9000 Access, referencia C11137.

Nºs DE SERIE
300254, 300256, 300257, 300258, 300259, 300263, 300264, 300266, 300268, 300269, 300270, 300271, 300272, 300273, 300275, 300281 y 300282.

FABRICANTE
Beckman Coulter, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Beckman Coulter S.L.U., Torre Realia, Pza Europa 41-43, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados números de serie del analizador de inmunoensayo DxI 9000 Access debido a la posibilidad de que se produzcan fugas del tampón de lavado por la existencia de grietas en el depósito del mismo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/03/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D J C W 9 2 E D 5 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89