MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-132	PS/AVG/103603

PRODUCTO

- Placas de radio:
  - 2.5 ADAPTIVE II TriLock DistRad.Pl Vol L. Referencia: A-4750.105. UDI-DI: 07630037896654. Número de lote: 23371369..
  - 2.5ADAPTIVE II TriLock DistRad.pl,pal re. Referencia: A-4750.106. UDI-DI: 07630037896661. Número de lote: 23371373.
  - 2.5 TriLock Dist.Rad.FPL.pl, palmar re. Referencia: A-4750.124. UDI-DI: 07630037896746. Número de lote: 23364417.
- Plantilla de radio para placa A-4750.124. Referencia: A-4750.124TP. UDI-DI: 07630894815065. Número de lote: 23348819.

FABRICANTE

Medartis AG, Suiza.

DISTRIBUIDOR

Medartis GmbH. Am Gansacker 10 79224 Umkirch, Alemania.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y retirada del mercado de determinadas placas y plantillas de radio de Medartis, debido a que su forma anatómica podría ser incorrecta por no estar doblada correctamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/03/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 5 R 6 2 Q S Q F 1 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89