DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-140	PS/AVG/104104

PRODUCTO

Sistemas de ultrasonido:

- ACUSON Maple. Modelo: 11711750.
- ACUSON Maple Select. Modelo: 11711779.

FABRICANTE

Siemens Medical Solutions USA, Inc. Ultrasound, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare SL. Calle Mahonia, 2 - 4, 28043, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de ultrasonidos ACUSON Maple y ACUSON Maple Select, debido a la posibilidad de que, en determinadas condiciones, el visor de SR DICOM cardíacos muestre el valor de la última medición en vez del valor MÍNIMO (Mín.) o MÁXIMO (Máx.).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/03/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T 5 3 Q W Q 9 7 F E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89