MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-144	PS/AVG/104066

PRODUCTO

Sistemas de ultrasonido:

- ACUSON Juniper. Número de modelo: 11335791.
- ACUSON Juniper Select. Número de modelo: 11653093.

FABRICANTE

Siemens Medical Solutions USA, Inc. Ultrasound, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare SL. Calle Mahonia, 2 - 4, 28043, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de ultrasonidos ACUSON Juniper y ACUSON Juniper Select, debido a que, en determinadas circunstancias, el visor de SR DICOM cardíacos mostraría el valor de la última medición en lugar del valor MÍNIMO (Mín.) o MÁXIMO (Máx.).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 21/03/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V Q B X R 4 E 9 2 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89