DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-149	PS/RJC/104171

PRODUCTO
Transportix B con columna telescópica móvil 3.1, fabricados entre 2016 y 2020.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema móvil de generación de imágenes de rayos X en hospitales, clínicas y consultorios para crear, procesar y visualizar imágenes radiográficas estáticas del esqueleto (incluido el cráneo, la columna vertebral y las extremidades), el tórax, el abdomen y otras partes del cuerpo de pacientes adultos, de pediatría o de neonatología.

FABRICANTE
RADIOLOGÍA S.A., España.

DISTRIBUIDOR
RADIOLOGÍA S.A., C/ Pelaya 13, Polígono Industrial Río de Janeiro 28110, Algete, España.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas unidades móviles de rayos X Transportix B, debido a que, en caso de que el cable de acero del interior de la columna móvil que soporta el peso del brazo telescópico y del tubo de rayos X se rompiera, el sistema de seguridad que bloquea la caída del brazo podría no funcionar correctamente por una interferencia con una placa metálica del brazo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- SIN 23-04-10_RDG_ES - Reemplazo del cable de acero y el sistema anticaída en Mobile III
- SIN 23-08-22_RDG_ES - Comprobación de cable de columna móvil 3.1

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/03/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 E N N C K Z 2 3 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89